

赤峰市产品质量检验检测中心



检定证书

证书编号: R524002542-001

送检单位 南京明德软件测试

计量器具名称 数字绝缘电阻测试仪;KT系列绝缘电阻测试仪;数字自动量限绝缘电阻表;智能双显示绝缘电阻测试仪

型号/规格 11

出厂编号 22

制造单位 /

检定依据 JJG99-2022《砝码》

检定结论 M₃等级合格



批准人

王春玲

(证书专用章)

核验员

金志坚

检定员

陈绍

检定日期 2024 年 03 月 13 日

有效期至 2025 年 03 月 12 日

法定计量检定机构授权证书号: (蒙)法计(2022)15003号

机构地址: 内蒙古自治区赤峰市新城区全宁街23号

传真: 0476-8825431

电话: 0476-8821193

邮编: 024005

Email: cfzjskfzx@163.com

本次检定所使用的计量标准器

名称	出厂编号	测量范围	准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	检定证书有效期
砝码	2719	(20-1) kg	F ₂ 等级	2024-12-07
电子天平	171485	/	/	2024-04-24

计量标准考核证书有效期：

2027-12-29

委托单编号：

7036427

本次检定的环境条件：

温度：21.0℃

湿度：32 %RH

其它：

检定结果

序号	标称值 (kg)	编号	受检砝码示值 (g)	误差 (mg)	质量允差 (±mg)
1	5.1	/	5101.69	1690	2550
2	2.55	/	2548.73	-1270	1280
3	1.275	/	1275.43	430	671
4	0.85	/	850.40	400	430
5	0.637	/	637.24	240	373
6	0.319	/	319.10	100	210

- 注：1、下次检定携带此证书；
2、此检定结果只对所检定样品有效；
3、未经本中心许可，部分采用此证书无效。